“思泰瑞” 過氧化氫指示膠帶
“STERIS” VERIFY VH2O2 Indicator Tape

衛部醫器輸字第 032357 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

■ **型號:** PCC070、PCC071

■ **產品用途:** 用於固定包裹在合成包裹材料中的物品。

■ **產品敘述:** 用於固定包裹在合成包裹材料中的物品直到使用過，並透過顏色變化來分辨已處理和未處理過的品項。

註：粉紅色(未處理過)→桃橘色、黃色或更淺的顏色(已處理)。

■ **產品描述:**

- 第 1 類型化學指示劑。
- 適用於 V-PRO 低溫滅菌鍋系列及 STERRAD 100S、NX 與 100NX 滅菌鍋的膠帶。
- 不含鉛、重金屬、天然橡膠乳膠與乾燥天然橡膠。
- 可用於軸心長度為 3"的膠帶台。
- 可以在以下滅菌週期中使用：
 - ◆ V-PRO 1 滅菌鍋管腔週期
 - ◆ V-PRO 1 Plus 滅菌鍋非管腔與管腔週期
 - ◆ V-PRO maX 與 60 低溫滅菌鍋的非管腔、變動與管腔週期
 - ◆ STERRAD 100S 滅菌鍋的標準週期
 - ◆ STERRAD NX 滅菌鍋的標準與進階週期
 - ◆ STERRAD 100 NX 滅菌鍋的快速、軟視鏡、雙重和標準週期

■ **使用說明:**

- 使用指示膠帶固定包好的包盤。建議使用 4 英寸(10 cm)長或更長的膠帶以達到最佳的黏著力。
- 進行滅菌週期。
- 週期完成時，依照部門的裝載物釋出程序。確認所有指示膠帶暴露的部分都已經從起始顏色(粉紅色)轉變為桃橘色、黃色或更淺的顏色。
- 在手術室檢查包裹的物品。確認指示膠帶還黏在包裹上且指示劑條紋為桃橘色、黃色或更淺的顏色。
- 從封口處撕開膠帶以移除指示膠帶。

■ **警告及注意事項:**

- 將未處理過的指示膠帶直接暴露在光線下超過 88 天會造成起始顏色變淺。
- 僅使用驗證過可用於個別滅菌週期的包裹物。
- 請勿將指示膠帶重疊因為這會讓下層的膠帶無法適當的暴露在過氧化氫中並造成失敗的指示劑反應。

- 可以使用幾種方法來包裝物品。請參考包裹製造商的使用說明取得其他資訊。
- 若任何指示膠帶暴露的部分為粉紅色或桃橘色、黃色、更淺的顏色之外的其他顏色，請勿使用該包盤。這代表該包盤未暴露於足夠的過氧化氫中。
- 請勿從包布上剝除指示膠帶。這會造成不必要的掉毛或包裹材料不小心穿透，並導致包盤內容物的污染。
- 請勿使用先前暴露過的指示膠帶來密封或重新密封包裹。
- 這不可用來作為驗證滅菌過程的唯一方法。
- 任何對指示膠帶上所使用的顏色有色盲的人士，都不應該使用 VERIFY VH202 指示膠帶。
- 在有效日期過後，請勿使用。
- 此儀器非供人類食用。
- 不適用於蒸氣或環氧乙烷滅菌週期。

■ 儲存條件/處理：

- 將完整包裝的指示膠帶儲存在溫度 61-75°F (16-24°C) 且相對溼度 (RH) 30-60% 的環境中。
- 遠離光源直射。
- 請勿將指示膠帶儲存在高溫、潮濕處，或氧化劑、酸/鹼、清潔劑/消毒劑附近。
- 此產品的製造不含有鉛與其他重金屬，且可以當作一般垃圾丟棄。

■ 有效期限：

印製在膠帶卷軸心上。

■ 規格：

型號	PCC070	PCC071
尺寸	寬：3/4" (19 公厘) 長：60 碼 (約 55 公尺) 膠帶捲內部直徑：3" (76 公厘)	
捲數	1	6

■ 配件：

膠帶台 PD004

製造廠名稱：STERIS Corporation

製造廠地址：9325 Pinecone Drive, Mentor, OH 44060, U.S.A

藥商名稱：醫信國際有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載